東都生協自主検査による残留放射能測定結果一覧

（7月6日 ～ 7月10日）

■8月2回にお届けする福島県産「桃（あかつき）」（未熟果）の事前検査をおこないました。産地では、重機を使った田畑の表土の天地換え、樹木の高圧洗浄、放射性セシウムを吸着・安定焦るためのゼオライト散布等を実施し、放射性物質の低減につなげています。■「2013年産　JAやさと産　極小大豆」（茨城県）は7月下旬から「東都極小納豆」の原料として使用します。

放射性ヨウ素（ヨウ素131）：全品「検出せず」

	分類	検査日	検体名	県名 魚：水域	測定機器 （Ge/NaI）	放射性セシウム		検出限界値 （Bq/Kg）
						セシウム134	セシウム137	
1	肉	2015/7/8	かぞの豚モモ挽肉（バラ凍結）	埼玉県、群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
2	肉	2015/7/8	八千代牛切落し（バラ凍結）	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
3	肉	2015/7/8	千葉のこめ豚厚切りやわらか焼肉	千葉県	NaI	検出せず		10
4	肉	2015/7/8	赤鶏さつまモモ味噌漬	鹿児島県	NaI	検出せず		10
5	水産	2015/7/8	東都冷凍とろろめかぶ（たれ付）	宮城県	Ge	検出せず	検出せず	1
6	水産	2015/7/8	銀だら田舎味噌漬	北部太平洋	NaI	検出せず		10
7	水産	2015/7/8	金華さばの長寿味噌漬	宮城県	NaI	検出せず		10
8	水産	2015/7/8	骨まで丸ごと甘酢味（さわら）	国産	NaI	検出せず		10
9	水産	2015/7/8	フライパンでできる鮭とチーズのカリカリ包み	北海道	NaI	検出せず		10
10	水産	2015/7/8	東都フライパンでできる秋鮭ガーリックソテー（骨取り）	北海道	NaI	検出せず		10
11	水産	2015/7/9	サーモンカツレツ（チーズ＆チーズ）	国産	NaI	検出せず		10
12	野菜	2015/7/6	無無ブルームきゅうり	群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
13	野菜	2015/7/6	有機ミニキャベツ	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
14	野菜	2015/7/6	高原キャベツ	長野県	Ge	検出せず	検出せず	1
15	野菜	2015/7/6	長ねぎ	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
16	野菜	2015/7/6	軟白ねぎ	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
17	野菜	2015/7/6	ブロッコリー	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
18	野菜	2015/7/6	米の精無無玉ねぎ	山梨県	Ge	検出せず	検出せず	1
19	野菜	2015/7/7	ごぼう	埼玉県	Ge	検出せず	検出せず	1
20	野菜	2015/7/9	洗い大根（葉切り）カット	群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
21	野菜	2015/7/10	味いちばん大根（短大根）	青森県	Ge	検出せず	検出せず	1
22	果物	2015/7/10	さくらんぼ（佐藤錦）	山形県	Ge	検出せず	検出せず	1
23	果物	2015/7/10	さくらんぼ（紅秀峰）	山形県	Ge	検出せず	検出せず	1
24	果物	2015/7/10	狭山マルタのブルーベリー	埼玉県	Ge	検出せず	検出せず	1
25	果物	2015/7/10	桃（あかつき）（未熟果）	福島県	Ge	検出せず	検出せず	1
26	果物	2015/7/10	国産ブルーベリー	山形県	Ge	検出せず	検出せず	1
27	卵	2015/7/8	産直たまご	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
28	卵	2015/7/8	産直平飼いたまご	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
29	卵	2015/7/8	ひたち野　穂の香卵	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
30	牛乳	2015/7/7	八千代牛乳	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
31	牛乳	2015/7/7	安曇野ノンホモびん牛乳	長野県	Ge	検出せず	検出せず	1
32	米	2015/7/9	2014年産　福島ひとめぼれ（会津）わかば	福島県	Ge	検出せず	検出せず	1
33	冷蔵	2015/7/7	八千代プレーンヨーグルト	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
34	冷蔵	2015/7/8	東都乳酸菌飲料無香料(無香料)	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
35	冷蔵	2015/7/7	宇和海の味　じゃこ天スティック	宇和海（愛媛県）	NaI	検出せず		10
36	冷蔵	2015/7/7	青のりさしみこんにゃく（からし酢みそ付）	国産	NaI	検出せず		10
37	冷蔵	2015/7/7	さつま芋レモン煮	国産	NaI	検出せず		10
38	冷蔵	2015/7/7	境港産するめいかの旨煮	鳥取県	NaI	検出せず		10
39	冷蔵	2015/7/7	国産山菜炊込みご飯の素	国産	NaI	検出せず		10
40	冷蔵	2015/7/7	東都産直たまごの茶わんむし	国産	NaI	検出せず		10
41	冷蔵	2015/7/8	味付てびち	国産	NaI	検出せず		10
42	冷蔵	2015/7/8	国内産小麦使用　生沖縄そば（スープ付）	国産	NaI	検出せず		10
43	冷凍	2015/7/9	便利とうふ（冷凍絹ごし豆腐）	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
44	冷凍	2015/7/9	鶏肉のサムゲタン風スープ	国産	NaI	検出せず		10
45	冷凍	2015/7/9	喜多方冷やし中華しょうゆ味	国産	NaI	検出せず		10
46	冷凍	2015/7/9	東都ピーマン入れたらチンジャオロース（国産牛）	国産	NaI	検出せず		10
47	冷凍	2015/7/9	東都野沢菜としらすの焼おにぎり	国産	NaI	検出せず		10
48	冷凍	2015/7/9	東都とろりたこ焼き	国産	NaI	検出せず		10
49	冷凍	2015/7/9	香港ギョーザ	国産	NaI	検出せず		10
50	冷凍	2015/7/10	大きな豆腐しゅうまい（れんこん入り）	国産	NaI	検出せず		10
51	冷凍	2015/7/10	レンジメンチカツ（ボリュームパック）	国産	NaI	検出せず		10
52	冷凍	2015/7/10	5種の具の入ったミニオムレツ	国産	NaI	検出せず		10
53	冷凍	2015/7/10	国産牛牛丼の具	国産	NaI	検出せず		10
54	冷凍	2015/7/10	えびグラタン	国産	NaI	検出せず		10
55	冷凍	2015/7/10	産直牛やわらかく煮込んだカレー・シチュー用	国産	NaI	検出せず		10
56	冷凍	2015/7/10	国産若鶏の竜田揚げ	国産	NaI	検出せず		10
57	冷凍	2015/7/10	ホクホクいも天	国産	NaI	検出せず		10
58	常温	2015/7/7	わたしとぼくの　とちおとめいちごオ・レ	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
59	常温	2015/7/7	飲む寒天じゅれ　りんご	青森県	Ge	検出せず	検出せず	1
60	常温	2015/7/9	富士山麓峠の湧水（ペットボトル）	山梨県	Ge	検出せず	検出せず	1
61	常温	2015/7/9	国産ふじりんご100（ブリックタイプ）	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
62	常温	2015/7/9	東都有塩トマトジュース	長野県	Ge	検出せず	検出せず	1
63	常温	2015/7/6	東都スイートコーン・ホールカーネル缶	国産	NaI	検出せず		10
64	常温	2015/7/6	東都無着色中濃ソース	国産	NaI	検出せず		10
65	常温	2015/7/6	九州産いちごジャム	国産	NaI	検出せず		10
66	常温	2015/7/6	坂利さんの東都手延素麺	国産	NaI	検出せず		10
67	常温	2015/7/6	手のべ熟成緑黄菜めん	国産	NaI	検出せず		10
68	常温	2015/7/6	さけ中骨水煮缶	北海道	NaI	検出せず		10
69	常温	2015/7/6	さんまみそ甘辛煮缶	宮城県	NaI	検出せず		10
70	常温	2015/7/6	有機純米酢	国産	NaI	検出せず		10
71	常温	2015/7/6	沖縄県やんばる産シークヮーサーぽん酢	国産	NaI	検出せず		10
72	菓子	2015/7/7	東都ふがし	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
73	菓子	2015/7/7	国産小麦食パン	国産	NaI	検出せず		10
74	菓子	2015/7/7	ママンのモチモチ手のばしナン	国産	NaI	検出せず		10
75	菓子	2015/7/7	パンプキンパイ	国産	NaI	検出せず		10
76	菓子	2015/7/9	よもぎだんご	国産	NaI	検出せず		10
77	菓子	2015/7/9	東都北海道ホットケーキ	北海道	NaI	検出せず		10
78	原料	2015/7/9	2013年産　JAやさと産　極小大豆【「東都極小納豆」の原料】	茨城県	Ge	検出せず	3.8	1

基準値	対　象	放射性セシウム
	一般食品	100
	牛乳	50
	乳児用食品	50
	飲料水	10

※単位は全てベクレル／Kg
※検出器毎の測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです、
＜ Ge ：ゲルマニウム半導体核種分析機＞
検体重量：（原則として）1Kg、測定時間：4000秒、検出限界値：1ベクレル／Kg程度、記載形式：セシウム134と137を別々に記載。
＜ NaI ：NaIガンマ線スペクトロメーター＞
検体重量：（原則として）1Kg、測定時間：3600秒、検出限界値：10ベクレル／Kg程度、記載形式：セシウム134と137の合算値を記載。