東都生協自主検査による残留放射能測定結果一覧

（12月26日 ～ 12月29日）

■2016年に実施した最後の検査結果です。2017年もGe検出器1台、NaI検出器2台の体制で検査を継続します。■静岡県産「青島みかん」は年明け・1月2回からお届けする予定です。

＊印の野菜は青果ボックスにもセットされております。■印は年末年始関連商品です。

放射性ヨウ素（ヨウ素131）：全品「検出せず」

No.	分類	検査日	検体名	県名 魚：水域	測定機器 （Ge/NaI）	放射性セシウム		検出限界値 （Bq/Kg）
						セシウム134	セシウム137	
1	肉	2016/12/27	かぞの豚肩ロース切落しタイプ（バラ凍結）	埼玉県、群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
2	肉	2016/12/27	赤鶏さつまモモ・ムネ雑煮用（小さめ）	鹿児島県	Ge	検出せず	検出せず	1
3	肉	2016/12/28	八千代牛小間切（バラ凍結）	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
4	肉	2016/12/27	東都霧島黒豚ハンバーグ（生タイプ）	宮崎県	NaI	検出せず		10
5	肉	2016/12/27	八千代牛スタミナ漬	千葉県	NaI	検出せず		10
6	肉	2016/12/29	かぞの豚肩ロースごま糀味噌漬	埼玉県、群馬県	NaI	検出せず		10
7	水産	2016/12/29	えびしんじょすり身	インドネシア、マレーシア、他	NaI	検出せず		10
8	水産	2016/12/29	漁師のまぐろ丼	国産、韓国、他	NaI	検出せず		10
9	野菜	2016/12/26	有機にんじん＊	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
10	野菜	2016/12/26	有機さつまいも（べにまさり）＊	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
11	野菜	2016/12/26	無無里いも＊	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
12	野菜	2016/12/26	有機にら＊	宮崎県	Ge	検出せず	検出せず	1
13	野菜	2016/12/26	有機長ねぎ＊	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
14	野菜	2016/12/26	有機ベビーリーフ＊	熊本県	Ge	検出せず	検出せず	1
15	果物	2016/12/27	いちご（さちのか）	長崎県	Ge	検出せず	検出せず	1
16	果物	2016/12/27	青島みかん	静岡県	Ge	検出せず	検出せず	1
17	果物	2016/12/27	青島みかん	静岡県	Ge	検出せず	検出せず	1
18	卵	2016/12/27	ひたち野　穂の香卵	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
19	卵	2016/12/29	産直たまご	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
20	卵	2016/12/29	産直平飼いたまご	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
21	牛乳	2016/12/29	八千代牛乳	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
22	冷蔵	2016/12/29	八千代プレーンヨーグルト	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
23	冷蔵	2016/12/29	国内産　新物皮付き　ゆでたてたけのこ	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
24	冷蔵	2016/12/26	東都伊達巻	国産	NaI	検出せず		10
25	冷蔵	2016/12/26	■迎春錦玉子	国産	NaI	検出せず		10
26	冷蔵	2016/12/26	カステラ蒲鉾	アメリカ、カナダ、国産、他	NaI	検出せず		10
27	冷蔵	2016/12/26	■とろ火炊き栗きんとん	国産	NaI	検出せず		10
28	冷蔵	2016/12/26	味付赤なまこ	国産	NaI	検出せず		10
29	冷蔵	2016/12/26	■昆布巻	国産	NaI	検出せず		10
30	冷蔵	2016/12/27	■昆布巻（たらこ）	北海道	NaI	検出せず		10
31	冷蔵	2016/12/27	■国産お煮しめ(味付け)	国産	NaI	検出せず		10
32	冷蔵	2016/12/27	にしん姿煮	国産	NaI	検出せず		10
33	冷蔵	2016/12/27	ハーブあゆの甘露煮	愛知県	NaI	検出せず		10
34	冷蔵	2016/12/27	国産そば粉 国産小麦粉使用 かけそば	国産	NaI	検出せず		10
35	冷蔵	2016/12/27	海鮮揚げ天盛合せ	国産	NaI	検出せず		10
36	冷凍	2016/12/27	鮭ときのこのバターしょう油紙包み	国産	NaI	検出せず		10
37	冷凍	2016/12/29	若鶏三色巻き	国産	NaI	検出せず		10
38	冷凍	2016/12/29	北陸産甘えびの押寿司	国産	NaI	検出せず		10
39	冷凍	2016/12/29	いしの屋　金華さばの押し寿司	国産	NaI	検出せず		10
40	冷凍	2016/12/29	若竹ゆば巻き	国産	NaI	検出せず		10
41	常温	2016/12/29	国菊あまざけ	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
42	常温	2016/12/26	東都つゆ	国産	NaI	検出せず		10
43	常温	2016/12/26	有機十割粥	国産	NaI	検出せず		10
44	菓子	2016/12/26	国産小麦食パン	国産	NaI	検出せず		10

基準値	対　象	放射性セシウム
	一般食品	100
	牛乳	50
	乳児用食品	50
	飲料水	10

※単位は全てベクレル／Kg
※検出器毎の測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです、
＜ Ge ：ゲルマニウム半導体核種分析機＞
検体重量：（原則として）1Kg、測定時間：4000秒、検出限界値：1ベクレル／Kg程度、記載形式：セシウム134と137を別々に記載。
＜ NaI ：NaIガンマ線スペクトロメーター＞
検体重量：（原則として）1Kg、測定時間：3600秒、検出限界値：10ベクレル／Kg程度、記載形式：セシウム134と137の合算値を記載。