

東都生協自主検査による残留放射能測定結果一覧

(5月12日 ~ 5月14日)

「宮城だて正夢」は宮城県が開発し、2019年産から本格的に市場に登場したお米の新品種です。今回、500点(規格2Kg)限定で予約注文をお受けし、5月2回にお届けしました。

放射性ヨウ素(ヨウ素131):全品「検出せず」

No.	分類	検査日	検体名	県名 魚:水域	測定機器 (Ge/NaI)	放射性セシウム		検出限界値 (Bq/Kg)
						セシウム134	セシウム137	
1	肉	2020/5/13	かぞの豚小間切	埼玉県、群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
2	野菜	2020/5/12	有機短大根	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
3	野菜	2020/5/12	無農ふきカット	群馬県	Ge	検出せず	1.3	1
4	野菜	2020/5/12	レッドオニオン	神奈川県	Ge	検出せず	検出せず	1
5	野菜	2020/5/13	ミニ白菜	埼玉県	Ge	検出せず	検出せず	1
6	野菜	2020/5/14	キャベツ	神奈川県	Ge	検出せず	検出せず	1
7	野菜	2020/5/14	そら豆(さや付き)	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
8	果物	2020/5/14	クインシーメロン	熊本県	Ge	検出せず	検出せず	1
9	卵	2020/5/12	産直たまご	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
10	卵	2020/5/13	ひたち野 穂の香卵	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
11	牛乳	2020/5/12	酪農家限定低脂肪牛乳	千葉県、長野県	Ge	検出せず	検出せず	1
12	牛乳	2020/5/13	八千代牛乳	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
13	米	2020/5/13	2019年産 有機赤米(みのり)	宮城県	Ge	検出せず	検出せず	1
14	米	2020/5/14	2019年産 宮城だて正夢(田尻)わかば	宮城県	Ge	検出せず	検出せず	1
15	冷蔵	2020/5/12	粗切り山形のだし	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
16	冷蔵	2020/5/14	国産りんご100%ジュース(濃縮還元)	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
17	冷蔵	2020/5/14	河村屋のかぶ甘酢漬(ゆず風味)	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
18	冷蔵	2020/5/12	美食家のプリン ストロベリー	国産	NaI	検出せず		10
19	冷蔵	2020/5/12	東都産直たまごの茶わんむし	国産	NaI	検出せず		10
20	冷蔵	2020/5/12	贅沢逸品さしみ蒟蒻	国産	NaI	検出せず		10
21	冷蔵	2020/5/13	東都焼竹輪	国産	NaI	検出せず		10
22	冷蔵	2020/5/13	塩焼そば(粉末ソース付)	国産	NaI	検出せず		10
23	冷蔵	2020/5/14	東都惣菜屋さん 国産ひじきとゆば煮	国産	NaI	検出せず		10
24	冷蔵	2020/5/14	聘珍樓干し貝柱入り焼売	国産	NaI	検出せず		10
25	冷蔵	2020/5/14	宇和海の味 春セット(揚げかま)	国産	NaI	検出せず		10
26	冷凍	2020/5/13	国産小麦の稲庭風ざるうどん(流水解凍)	国産	NaI	検出せず		10
27	常温	2020/5/13	こめ油	国産	NaI	検出せず		10
28	菓子	2020/5/12	ティータイムクッキー	国産	NaI	検出せず		10
29	菓子	2020/5/14	東都芋けんぴ	九州	NaI	検出せず		10
	基準値	対 象			放射性セシウム			
		一般食品			100			
		牛乳			50			
		乳児用食品			50			
		飲料水			10			
<small>※単位は全てベクレル/Kg                  ※検出器毎の測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです、                  &lt; Ge : ゲルマニウム半導体核種分析機 &gt;                  検体重量:(原則として)1Kg、測定時間:4000秒、検出限界値:1ベクレル/Kg程度、記載形式:セシウム134と137を別々に記載。                  &lt; NaI : NaIガンマ線スペクトロメーター &gt;                  検体重量:(原則として)1Kg、測定時間:3600秒、検出限界値:10ベクレル/Kg程度、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載。</small>								